




Safety Gate: Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky

Číslo varování	0583/06
Kategorie	Elektrická zařízení a vybavení
Typ varování	Výrobky představující závažné riziko
Uživatel výrobku	Spotřebitel
Výrobek (*)	
Značka	
Název	
Typ/číslo modelu (*)	18D26
Číslo výrobní série / čárový kód (*)	8711507030934
Kategorie podle portálu OECD	
Popis (*)	Elektrický digitální multimetr „KINZO“Poznámka:Společnost TÜV Rheinland Product Safety a ITS-Intertek GS (není společností TÜV Rheinland, ani společností ITS-Intertek značku GS, tak tomu je i v případě zneužití známky).
Země původu	neznámý
Varování odesláno z:	Německo
Druh rizika	Úraz elektrickým proudem
Riziko (*)	Pokud je tranzistor spojen, je vždy elektrické spojení s měřicími objímkami, což znamená, že uživatel může při použití napětí na měřicí zásuvky přijímat elektrický šok.Tranzistorový zásuvka není oddělena od měřicích zásuvek.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61010.
Opatření přijatá oznamující zemí (*)	Uvedení na trh dobrovolně zastavit dodavatel.
Obrázky	

(*) Jedná se o strojový překlad. Evropská komise odmítá odpovědnost za jeho přesnost. V případě nesouladu je rozhodující anglické znění.