



22 juillet 2021

(21-5761)

Page: 1/2

Comité des obstacles techniques au commerce

Original: anglais

NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

1. Membre notifiant: <u>PHILIPPINES</u> Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2):
2. Organisme responsable: <i>Food and Drug Administration (Agence des médicaments et des produits alimentaires)</i> <i>DEPARTMENT OF HEALTH (MINISTÈRE DE LA SANTÉ)</i> Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné: MARIA CECILIA C. MATIENZO <i>Director IV (Directrice IV)</i> <i>Center for Device Regulation, Radiation Health and Research (Centre de réglementation des dispositifs, de radioprotection et de recherche)</i> <i>Food and Drug Administration (Agence des médicaments et des produits alimentaires)</i> <i>Department of Health (Ministère de la santé)</i> Courrier électronique: mccmatienzo@fda.gov.ph ; cdrhr-prsd@fda.gov.ph www.fda.gov.ph
3. Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [], 5.6.2 [], 5.7.1 [], autres:
4. Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Matériel médical (ICS 11.040)
5. Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: <i>Banning of all Mercury-Containing Thermometers, Sphygmomanometers, Dental Amalgam Capsules and Liquid Mercury for Use in Dental Restorative Purposes</i> (Interdiction de tous les thermomètres, sphygmomanomètres et capsules d'amalgames dentaires contenant du mercure ainsi que du mercure liquide utilisé à des fins de restauration dentaire), 4 pages, en anglais
6. Teneur: La circulaire proposée vise à interdire la fabrication, la distribution, l'importation, l'exportation, la vente, l'offre à la vente, le don, le transfert et, le cas échéant, l'utilisation, la promotion, la publicité ou le parrainage de dispositifs médicaux contenant du mercure (thermomètres, sphygmomanomètres, capsules d'amalgames dentaires et mercure liquide utilisé à des fins de restauration dentaire).
7. Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Protection de la santé ou de la sécurité des personnes

8. Documents pertinents:

- *Republic Act (RA) No. 9711 "Food and Drug Administration Act of 2009"*
- *Administrative Order (AO) No. 2008-0021 "Gradual Phase-out of Mercury in all Philippine Health Care Facilities and Institutions"*
- *AO No. 2020-0020 "Guidelines on the Phase-out of Mercury in Dental Restorative Procedures"*

9. Date projetée pour l'adoption: Cette circulaire entrera en vigueur quinze (15) jours après sa publication dans un journal de grande diffusion, et après accusation de la réception d'une copie par l'Office des registres administratifs nationaux de l'Université des Philippines.

Date projetée pour l'entrée en vigueur: Cette circulaire entrera en vigueur quinze (15) jours après sa publication dans un journal de grande diffusion, et après accusation de la réception d'une copie par l'Office des registres administratifs nationaux de l'Université des Philippines.

10. Date limite pour la présentation des observations: 60 jours à compter de la date de notification

11. Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [X] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme:

NEIL P. CATAJAY
Director (Directeur)
Bureau of Philippine Standards (Office des normes de produits)
Department of Trade and Industry (Ministère du commerce et de l'industrie)
3F Trade and Industry Building
361 Sen. Gil Puyat Avenue
Makati City
Philippines
1200
(632) 751 4700; (632) 7913128
bps@dti.gov.ph
<http://www.bps.dti.gov.ph>

Head of Organization (Direction de l'organisation)

<https://www.fda.gov.ph/draft-for-comments-of-banning-of-all-mercury-containing-thermometers-sphygmomanometers-dental-amalgam-capsules-and-liquid-mercury-for-use-in-dental-restorative-purposes/>

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PHL/21_4797_00_e.pdf